



**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО»

**Усть-Илимская ТЭЦ**

Директору ЗАО «ПО ФИЗТЕХ»  
Д.В. Галкину

18.09.2009 № 211-53/4041  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Об эксплуатации приборов

На Ваш запрос об эксплуатации манометров ДМ 8008ВУФ, предоставленных Вами для опытной эксплуатации, можем сообщить, что данные приборы, отработав полгода, показали надёжную работу. Характеристики манометров после проверки соответствуют нормам. Претензий по предоставленной продукции не имеем. Специалисты участка ТВСиК УИ ТЭЦ считают дальнейшую эксплуатацию Ваших приборов целесообразной.

Технический директор ТВСиК

С.В. Брысин

Власов  
5-79-69